



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 24.891.418/0001-02



TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 039/2020
TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 006/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO-MG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE,

RATIFICAR E HOMOLOGAR o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 039/2020, TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 006/2020, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 039/2020, INEXIGIBILIDADE 006/2020**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos da marca Santronic para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento de pacientes em terapia parenteral, nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, no valor total de R\$6.750,00(seis mil setecentos e cinquenta reais), visto que se trata de aquisição de equipamentos com empresa que detêm a exclusividade para negociar os itens, observa-se ainda que, a possível contratada cumpre todas as exigências legais quanto à documentação, cumprindo inclusive o que reza o §3º, do artigo 195, da Constituição Federal, atendendo às exigências indicadas nos artigos 28 ao 31 da Lei 8.666/93, conforme justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitações e Parecer da Assessoria Jurídica, autorizando a contratação da empresa **COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME**, CNPJ 10.985.691/0001-83, detentora de exclusividade para negociar os produtos da marca Santronic, conforme valores unitários abaixo indicados:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	250	EQUIPO MARCA SAMTRONIC, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, DESENVOLVIDO . para equipo convencional, comprimento total aproximado de 2,17 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor com formulação exclusiva (permitindo aumentar sensivelmente a sua memória mecânica e reduz a pressão necessária no fechamento do tubo), injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro MS, data e tipo de esterilização e prazo de validade Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato) Produto não fabricado com borracha natural látex Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8 Equipo convencional para utilização em bomba de infusão peristáltica linear, em terapia parenteral com soluções fotossensíveis Registro MS 10188530073	15,00	3.750,00
02	250	EQUIPO MARCA SAMTRONIC DESENVOLVIDO PARA USO EM BOMBAS DE INFUSÃO COM SISTEMA . de propulsão linear para	12,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 24.891.418/0001-02



		equipo convencional, comprimento total aproximado de 2,19 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de PVC cristal com formulação exclusiva (permitindo aumentar sensivelmente a sua memória mecânica e reduz a pressão necessária no fechamento do tubo), injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro MS, data e tipo de esterilização e prazo de validade Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato) Produto não fabricado com borracha natural látex Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8 Equipo convencional para utilização em bomba de infusão peristáltica linear, em terapia parenteral Registro MS 10188530058		
			TOTAL	6.750,00

Não bastasse tudo quanto acima indicado, a possível contratada é MICROEMPRESA, atendendo ao que exige o inciso IV do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006, e suas alterações.

Publique-se,

Cumpra-se.

São Romão/MG, 13 de abril de 2020.

Marcelo Meireles de Mendonça.
Prefeito Municipal